

Zdôvodnenie podľa § 46 ods. 2:

Laboratórna filtračná odstredivka požadovaných technických parametrov je unikátne zariadenie, ktoré je podľa znalostí členov komisie vyrábané len spoločnosťou Rousselet Robatel. Zariadenia iných výrobcov nespĺňajú najmä podmienku schopnosti pracovať v potenciálne výbušnej atmosfére a nedodávajú sa s certifikátom ATEX (94/9/EC).

V Bratislave dňa 15.01.2014

•